


Zimbra

michele.coelho@natal.rn.gov.br

ESCLARECIMENTO, PE 24.171/2023

De : Bruna Padovan Marcondes
<bpadovan@prolife.com.br>

seg., 18 de dez. de 2023 17:00

 1 anexo

Assunto : ESCLARECIMENTO, PE 24.171/2023

Para : pregao semad <pregao.semad@natal.rn.gov.br>

Cc : Ana Beatriz Higashizima
<ahigashizima@prolife.com.br>, Fernanda
Rezende <frezende@prolife.com.br>

Prezados, bom dia!

Pedido de esclarecimento,

Ref.: PE 24.171/2023 – ITEM 5: "ELETROCARDIÓGRAFO"

Para o eletrocardiógrafo é solicitado: "RS232". Considerando que: RS232 é um padrão de protocolos para troca de série de dados binários entre um terminal e um comunicador, esse vem sendo gradualmente, suprimido pelo USB para comunicação local, uma vez que o protocolo USB é mais rápido, possui conectores mais simples e tem um melhor suporte por software. Sendo assim, questionamos, serão aceitos eletrocardiógrafos com porta USB, mais modernos que o solicitado?

Ref.: PE 24.171/2023 – ITEM 10: "MONITOR DE TRIAGEM"

Em relação ao parâmetro de temperatura, questionamos, serão aceitos termômetro timpânicos para mensuração do parâmetro?

Aguardo retorno,
Atenciosamente,



Bruna Padovan Marcondes dos Santos
Engenheira Biomédica – Especialista de Produtos Licitação

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.
Av. Prof. Olavo Gomes de Oliveira, 6800 – Desm. Murilo Gattini
37561-130 – Pouso Alegre - MG - Brasil
Tel.:0800 606 4698
www.prolife.com.br

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda. Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil). Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.
