

Zimbra**suely.souza@natal.rn.gov.br**

Esclarecimento - Pregão eletrônico Nº 90020/2024 - UASG 925162

De : andrea@mbrmultimarcas.com.br

ter., 27 de ago. de 2024 09:57

Assunto : Esclarecimento - Pregão eletrônico Nº 90020/2024 -
UASG 925162**Para :** pregao semad <pregao.semad@natal.rn.gov.br>

Prezados, bom dia!

Em relação ao Pregão eletrônico Nº 90020/2024 - UASG 925162, segue:

Solicito esclarecimento em relação aos itens 1 e 5 (Pá Adesivas Cmos Drake Adulto/ Infantil), qual a cor dos conectores?

Serão aceitos produtos similares/genéricos ou somente originais de fábrica? Se forem somente originais de fábrica ainda assim haverá necessidade de amostra?

Questiono quanto a originalidade do material porque a fabricante Cmos Drake não recomenda o uso de Pás similares e/ou genéricas em seus Desfibriladores devido as consequências graves como queimaduras na pele e redução substancial da taxa de sobrevida.

No aguardo