



samu natal &lt;admsamunatal@gmail.com&gt;

**Fwd: Esclarecimento - Pregão eletrônico N° 90020/2024 - UASG 925162**

2 mensagens

**Leonardo da Silveira Lucena - MAT 43122-2 - STTU** <leonardo.lucena@natal.rn.gov.br>  
Para: admsamunatal <admsamunatal@gmail.com>

27 de agosto de 2024 às 10:52

Bom dia!

Segue pedido de esclarecimento sobre o PE 90.020/2024, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de eletrodos (pás) para DEA.

Atenciosamente,

Leonardo Lucena  
Agente de Contratação da SEMAD/PMN  
84-3232.4985

---

**De:** [andrea@mbrmultimarcas.com.br](mailto:andrea@mbrmultimarcas.com.br)  
**Para:** "pregao semad" <[pregao.semad@natal.rn.gov.br](mailto:pregao.semad@natal.rn.gov.br)>  
**Enviadas:** Terça-feira, 27 de agosto de 2024 9:57:34  
**Assunto:** Esclarecimento - Pregão eletrônico N° 90020/2024 - UASG 925162

Prezados, bom dia!

Em relação ao Pregão eletrônico N° 90020/2024 - UASG 925162, segue:

Solicito esclarecimento em relação aos itens 1 e 5 (Pá Adesivas Cmos Drake Adulto/ Infantil), qual a cor dos conectores?

Serão aceitos produtos similares/genéricos ou somente originais de fábrica? Se forem somente originais de fábrica ainda assim haverá necessidade de amostra?

Questiono quanto a originalidade do material porque a fabricante Cmos Drake não recomenda o uso de Pás similares e/ou genéricas em seus Desfibriladores devido as consequências graves como queimaduras na pele e redução substancial da taxa de sobrevida.

No aguardo

---

**samu natal** <admsamunatal@gmail.com>  
Para: Leonardo da Silveira Lucena - MAT 43122-2 - STTU <leonardo.lucena@natal.rn.gov.br>

27 de agosto de 2024 às 15:23

Prezados, boa tarde!

Considerando os esclarecimentos em relação aos itens 1 e 5 (Pá Adesivas Cmos Drake Adulto/ Infantil), segue:

1. Cor dos conectores: preto, consoante registros fotográficos.







2. Os produtos não poderão ser similares/genéricos, devido experiências anteriores em que não houve a leitura correta das informações, apresentando erro.

3. Em relação às amostras, será necessário o envio, conforme descrito no Termo de Referência.

Gentileza acusar o recebimento.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atenciosamente,

**Secretaria Administrativa do SAMU Natal Dr. Enildo Alves**

 Rua dos Potiguares, 300, Dix Sept Rosado. CEP 59054-280. Natal / Rio Grande do Norte

 (84) 3232-9211/9222

