

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SECRETARIA ADJUNTA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE**  
**DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA**  
**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192**

**PARECER TÉCNICO**


Natal; 30 de outubro de 2024


Conforme solicitado pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, em análise as especificações técnicas contidas nos catálogos das empresas de melhor lance, participantes do certame P.E. 90.020/2024 - processo 20240405490. Especificamente, foram examinadas as pás de DEA apresentadas pela empresa **Execell Med Produtos Hospitalares LTDA**.

Após análise criteriosa, observamos que o adaptador (DE-CU2 – CU Medical Systems CMOS Drake) da Pá de DEA enviada pela empresa não é compatível com o modelo de desfibrilador CMOS DRAKE LIFE 400 FUTURA, que possuímos atualmente no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU Natal/RN. Para facilitar a celeridade do processo licitatório, anexamos a esta documentação a imagem do aparelho e do adaptador compatível.

Outrossim, sugerimos que, caso a empresa **Execell Med Produtos Hospitalares LTDA** apresente um novo modelo de adaptador que atenda às especificações exigidas, este será devidamente analisado pela Administração Pública, a fim de considerar a continuidade dos trâmites processuais.

Marcos Antonio de Freitas  
Coordenador Médico do SAMU Natal  
CRM: 3341/RN Matrícula: 44.280-1

  
**Marcos Antônio de Freitas**  
Matrícula: 44.280-1

  
**Claudio Augusto Câmara de Macedo**  
Coord. Geral SAMU 192 Natal Dr. Enildo Alves  
Matrícula: 72.468-1

# ANEXO

- Aparelho em uso atualmente (Desfibrilador Life 400 Futura):



Marca/Modelo: CMOS DRAKE

- Adaptador compatível com o aparelho (Desfibrilador Life 400 Futura):

